

الشروط الخاصة بدعوة العطاء رقم (18) لعام 2019

(أجهزة ومواد مخبرية)

تعتبر هذه الشروط مكملة لتعليمات الدخول في العطاء والشروط العامة للتعاقد وتكون لها في التطبيق قوة العقد لشراء اللوازم والخدمات وتكون ملزمة للمناقصين وللجنة العطاءات حق استبعاد أي عرض غير ملتزم بكل أو باحد هذه الشروط.

1. يرفق بالعرض تامين للدخول في العطاء على شكل كفالة بنكية أو شيك مصدق صادر عن بنك محلي بنسبة لا تقل عن (3%) من قيمة العرض الإجمالي ولن ينظر في اي عرض غير معزز بالتامين المطلوب.
2. مدة التسليم (3-1) شهر من تاريخ التوقيع على امر الشراء .
3. يعتبر صدور قرار الاحالة واعشار المناقص به ملزما له .
4. تقدم العروض على نسختين متطابقتين اصل وصورة .
5. يجب ذكر الرقم الوطني لضربيتي الدخل والضربية العامة على المبيعات والاسم بشكل واضح ورقم الهاتف والفاكس .
6. تقديم الكتالوجات والنشرات الفنية نسخ اصلية مع العرض وتوضيح رقم المادة واسم المناقص على كل كتالوج ونشرة فنية وكذلك ختم توقيعه .
7. يجب ان تكون المواصفات الواردة في عرض المناقص واضحة ومبوبة بشكل جيد بحيث تكون الوحدة والكمية والسعر الافرادى والاجمالي وفترة التسليم وبلد المنشأ واسم الشركة الصانعة مبينة ازاء كل مادة .
8. يعتبر تقديم العرض من قبل المناقص تاكيداً منه بأنه أجرى التزاماً مع الشركة المصنعة بكامل اللوازم المعروضة وضمن مواصفات وشروط دعوة العطاء(العرض المقدم من قبله).
9. يعتبر تقديم عرض المناقص التزاماً منه بأنه مطلع ومتفهم لجميع مواد تعليمات العطاءات رقم (1) لسنة 2008 ووثائق دعوة العطاء .
10. في حال عرض المناقص لمادة (بنفس الموديل ومن نفس الشركة الصانعة) من أكثر من منشاً واحد فيجب أن يتقدم المناقص بسعر منفصل لكل منشاً.
11. على المناقص أن يذكر صراحة في عرضه اسم الشركة الصانعة (Manufacture) واسم الشركة الموردة (Supplier) كلاً على حدة.
12. في حال وجود اعترافات على المواصفات أو الشروط في فقرة الإعلان، تقبل الاعترافات التي ترد للدائرة قبل خمسة أيام من موعد فتح العروض فقط.
13. يتوجب على المناقص أن يرفق مع العرض وثيقة واضحة وسارية المفعول حول حصول المنتج على إحدى شهادات الجودة العالمية.
14. لا يتم استلام المواد أو الأجهزة الموردة إلا إذا كانت مصحوبة بشهادات الجودة والأمان المشار إليها أعلاه سارية المفعول ومصدقة حسب الأصول.
15. يجوز استلام المواد والمعدات إذا كانت مختومة بإشارة الجودة والأمان عن طريق ختم حراري سريطة إرفاق شهادة من الشركة الصانعة تبين فيه صحة الختم.

16. على المتعهد تسليم المواد في (مركز الشوبك للبحوث الزراعية)
17. الأسعار بالدينار الأردني غير معفاه من الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى بما فيها الضريبة العاملة على المبيعات وآية عوائد حكومية أو غير حكومية.
18. فرض غرامة تأخير وفقاً لأحكام المادتين(68،69) من تعليمات العطاء رقم (1) لسنة 2008 .
19. يلتزم المتعهد بتقديم كفالة الصيانة بنسبة (3%) من قيمة اللوازم لمدة سنة ميلادية .
20. يلتزم المتعهد بتقديم كفالة حسن تنفيذ بنسبة لا تقل عن (10%) من قيمة المواد المحالة عليه .
21. يلتزم المتعهد بأن تكون المواد المورده جديدة وحديثة 100% وخالية من آية عيوب مصنوعية.
22. يقدم المتعهد ضمانة من سوء المصنوعية لمدة سنة من تاريخ التسلیم النهائي للاجهزة المحالة عليه.
23. تقديم الضمانات جميعها باسم مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية بالإضافة لوظيفته.
24. في حالة تقصير المتعهد أو عدم إيفائه بالإلتزامات المترتبة عليه تطبق عليه احكام نظام اللوازم رقم (32) لسنة 1993 وتعديلاته والتعليمات اللاحقة الصادرة بموجبه.
25. يتم دفع ثمن اللوازم بعد التوريد والتركيب والاستلام النهائي من داخل الموازنـة.
26. تعتبر آية شروط خاصة مرفقة بدعوة العطاء جزء لا يتجزأ من قرار الإحالـة الخاص بالعطاء.
27. المواصفات الفنية والشروط الخاصة والجداول الخاصة بالعطاء جزء لا يتجزأ من العطاء.

لجنة العطاءات في المركز الوطني للبحوث الزراعية

رواـنـه

المواد المطلوبة مع المواصفات

(الكمية + المواصفات)	(قائمة اللوازم)
(1)	1- حاضنة incubater
(1) جهاز فحص مكونات الحليب lactoscan	2- جهاز فحص مكونات الحليب lactoscan
(4)	3- ميزان حرارة thermometer
(5) سعة ½ لتر	4- قمع زجاجي Flask
(5) سعة لتر	5- قمع زجاجي Flask
(5) سعة ½ لتر	6- أنبوب Tubes
(5) سعة لتر	7- أنبوب Tubes
(2) لتر	8- CMT reagent
(1)	9- جهاز لهب Flame
(1)	10- مسخن مع محرك Hot plate
(1)	11- حمام مائي

Microbiology incubator :

Internal size : 110- 160 L

- Gravity convection provides gentle air flow and minimal drying out
- Temperature range from ambient ° to 75°C
- Temperature uniformity of $\pm 0.6^{\circ}\text{C}$
- Temperature stability of $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$
- Corrosion-resistant stainless-steel chamber
- Intuitive user interface for setting temperature
- Internal glass door allows sample viewing without impacting temperature
- origin : EU, USA , japan

11.Hot plat

Specifications:

- magnetic stirrer with heater
- adjustable safety temperature limiter
- Stirring quantity (H_2O) : 10L
- Solid ceramic top plate is easily cleaned, resistant to acid and alkaline.
- plat size 40×40 cm
- Japan, USA ,EC origin

9. Water Bath

Specifications:

- Bench top
- stainless steel
- 15- 20 liter capacity
- Short heating-up times
 - . Temperature display and setting digitally via LED display,
 - . Fast and exact setting, exact reproducibility of the set value
 - . Electronic monitoring of the temperature regulator.
 - . Soft-touch keys with clear symbols).

Standard equipment: lid and perforated floor.