

الشروط الخاصة بدعوة العطاء رقم (24) لعام 2019

(جهاز مخبري)

(Fume hood)

تعتبر هذه الشروط مكملة لتعليمات الدخول في العطاء والشروط العامة للتعاقد وتكون لها في التطبيق قوة العقد لشراء اللوازم والخدمات وتكون ملزمة للمناقصين وللجنة العطاءات حق استبعاد أي عرض غير ملتزم بكل أو باحد هذه الشروط.

1. يرفق بالعرض تامين للدخول في العطاء على شكل كفالة بنكية أو شيك مصدق صادر عن بنك محلي بنسبة لا تقل عن (3%) من قيمة العرض الإجمالي ولن ينظرفي اي عرض غير معزز بالتأمين المطلوب.
2. مدة التسليم (أسبوعان) من تاريخ التوقيع على امر الشراء .
3. يعتبر صدور قرار الاحالة وشعار المناقص به ملزما له .
4. تقدم العروض على نسختين متطابقتين اصل وصورة .
5. يجب ذكر الرقم الوطني لضربيتي الدخل والضربية العامة على المبيعات والاسم بشكل واضح ورقم الهاتف والفاكس .
6. تقديم الكatalوجات والنشرات الفنية نسخ اصلية مع العرض وتوضيح رقم المادة واسم المناقص على كل كتالوج ونشرة فنية وكذلك ختم توقيعه .
7. يجب ان تكون المواصفات الواردة في عرض المناقص واضحة ومبوبة بشكل جيد بحيث تكون الوحدة والكمية والسعر الافرادى والاجمالي وفترة التسليم وبلد المنشأ واسم الشركة الصانعة مبينة ازاء كل مادة .
8. يعتبر تقديم العرض من قبل المناقص تأكيدا منه بأنه أجرى التزاماً مع الشركة المصنعة بكامل اللوازم المعروضة وضمن مواصفات وشروط دعوة العطاء(العرض المقدم من قبله) .
9. يعتبر تقديم عرض المناقص التزاماً منه بأنه مطلع ومتفهم لجميع مواد تعليمات العطاءات رقم (1) لسنة 2008 ووثائق دعوة العطاء .
10. في حال عرض المناقص لمادة (بنفس الموديل ومن نفس الشركة الصانعة) من أكثر من منشأ واحد فيجب أن يقدم المناقص بسعر منفصل لكل منشا .
11. على المناقص أن يذكر صراحة في عرضه اسم الشركة الصانعة (Manufacture) واسم الشركة الموردة (Supplier) كلاً على حدة .
12. في حال وجود اعترافات على المواصفات أو الشروط في فترة الإعلان، تقبل الاعترافات التي ترد للدائرة قبل خمسة أيام من موعد فتح العروض فقط .
13. يتوجب على المناقص أن يرفق مع العرض وثيقة واضحة وسارية المفعول حول حصول المنتج على إحدى شهادات الجودة العالمية .
14. لا يتم استلام المواد أو الأجهزة الموردة إلا إذا كانت مصحوبة بشهادات الجودة والأمان المشار إليها أعلاه سارية المفعول ومصدقة حسب الأصول .
15. يجوز استلام المواد والمعدات إذا كانت مختومة بإشارة الجودة والأمان عن طريق ختم حراري شريطة إرفاق شهادة من الشركة الصانعة تبين فيه صحة الختم .

16. على المتعهد تسليم المواد في (مركز وادي عربة)
17. الأسعار بالدينار الأردني غير معفاه من الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى بما فيها الضريبة العاملة على المبيعات وأية عوائد حكومية أو غير حكومية.
18. فرض غرامة تأخير وفقاً لأحكام المادتين (68، 69) من تعليمات العطاء رقم (1) لسنة 2008.
19. يلتزم المتعهد بتقديم كفالة الصيانة بنسبة (3%) من قيمة اللوازم لمدة سنة ميلادية.
20. يلتزم المتعهد بتقديم كفالة حسن تنفيذ بنسبة لا تقل عن (10%) من قيمة المواد المحالة عليه.
21. يلتزم المتعهد بأن تكون المواد المورده جديدة وحديثة 100% وخالية من أية عيوب مصنوعية.
22. يقدم المتعهد ضمانة من سوء المصنوعية لمدة سنة من تاريخ التسلیم النهائي للاجهزة المحالة عليه.
23. تقديم الضمانات جميعها باسم مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية بالإضافة لوظيفته.
24. في حالة تقصير المتعهد أو عدم إيفائه بالإلتزامات المترتبة عليه تطبق عليه احكام نظام اللوازم رقم (32) لسنة 1993 وتعديلاته والتعليمات اللاحقة الصادرة بموجبه.
25. يتم دفع ثمن اللوازم بعد التوريد والتركيب والاستلام النهائي من داخل الموازنة.
26. تعتبر أية شروط خاصة مرفقة بدعوة العطاء جزء لا يتجزأ من قرار الإحالة الخاص بالعطاء.
27. المواصفات الفنية والشروط الخاصة والجداول الخاصة بالعطاء جزء لا يتجزأ من العطاء.

لجنة العطاءات في المركز الوطني للبحوث الزراعية

(c) Yes) & Mr. Deepak

(Fume hood specifications)

- Fume Hood will be used to protect lab environment and operator during general chemical applications. It actively protects operator from inhaling toxic vapors and dramatically reduces the risk of fire and explosion.
- Overall Dimensions with acid base cabinet : equal or close 1200 mm W X 800 mm D X 2400 mm H
~~Or To fit area to designated labs. 270 X 140 X 60 (H X W X D)~~
- Design vertical Structure Aerodynamic, Floor mounted
- Tempered glass
- Equipped with fluorescent or incandescent lighting
- Noise Level < 60 db at 1 meter from fume hood.
- Construction (Interior) Chemical & Heat Resistant, Fire Retardant, Smooth Finish, Easily Cleanable Panels should be made out of durable PRL integral work
- Exhaust motor and duct provide average hood face velocity 80-100 LFM .
- hoods be used with sash 1/2 open
- Worktop Chemical resistant splash & spillage proof
- Duct made of material compatible with chemical being used in fume hood non-reactive materials
- Total chemical and corrosion resistance (*NO RUST*) for superior durability and long life
- water tap; Gas tap; Water sink
- Base and acid cabinet
- 3-4 meters exhaust duct
- Iso 9001 , CE certificate